

# 湖北省卫生厅卫生监督局

---

鄂卫监局函〔2013〕29号

## 省卫生厅卫生监督局 关于进一步做好乡镇卫生院 放射诊疗规范化管理工作的通知

各市、州、直管市、林区卫生监督局：

自乡镇卫生院放射诊疗规范化管理工作在我省开展以来，各级卫生监督机构切实履行监管职责，加强业务指导，确保了该项工作的顺利开展。为跟踪工作进展，评估工作效果，进一步推进该项工作，拟于今年6月开展乡镇卫生院放射诊疗规范化管理工作的中期评估，各地应在上阶段工作成绩的基础上，总结经验，分析问题，进一步做好此项工作。现将有关要求通知如下：

### 一、分析问题，加强指导

本项工作是一项为期三年的专项工作，也是各级卫生行政部门履行管理和监督职责的一项重要工作。各地卫生监督局要高度重视，组织专门力量，根据现阶段的情况，分析存在的问题，及时修订前期的实施方案，[www.med126.com](http://www.med126.com) 加强宣传培训，加强对存在问题和困难的乡镇卫生院的指导和帮助，确保该工作顺利开展。

### 二、调查摸底，分类管理

各地、市、州卫生监督局须按照《乡镇卫生院基本情况调查表》（附件1）的要求，切实掌握本地现阶段的总体情况，并逐级汇总上报（附件2、附件3，含电子版）。各市（州）将调查结果于2013年4月30日前传到湖北省卫生厅卫生监督局放射处，调查资料应如实反映现阶段的情况。

---

各地要根据调查摸底的情况,对不同情况的乡镇卫生院分类管理。已具备“达标要求”条件的,要继续保持,并总结切实可行的有益经验,及时推广;对暂不满足“达标要求”的各乡镇卫生院,要分析原因,找出问题,制定有针对性的整改方案,并结合实际,按难易程度分步实施。

### 三、认真总结,及时推广

各地、市、州卫生监督局在开展该项工作期间,要积极主动,保证信息传递的通畅;及时发现问题、解决问题;认真总结经验,对工作中一些好的方法和措施,要及时予以宣传、报道并进行有效的推广。

联系人:李琼、曾庆辉

电话:027-87871129

电子邮箱:李琼412803928@qq.com

曾庆辉1298985653@qq.com

- 附件: 1、乡镇卫生院基本情况调查表  
2、乡镇卫生院基本情况调查县级汇总表  
3、乡镇卫生院基本情况调查市州级汇总表

[www.med126.com](http://www.med126.com) 湖北省卫生厅卫生监督局

2013年3月12日

**主题词: 乡镇卫生院 放射诊疗 规范化管理 通知**

**抄送: 省卫生厅政法处**

湖北省卫生厅卫生监督局办公室

2013年3月14日印发

## 附件 1

## 乡镇卫生院基本情况调查表

医疗机构名称					
地址				邮政编码	
负责人				放射防护主管科室	
联系人		办公电话		手机	
一、医疗机构基本情况项目					
医疗机构执业许可证	许可证号: _____				
	登记科目: _____				
放射诊疗许可	证号: _____				
	发证日期: _____				
	校验时间: _____				
射线装置许可明细					
放射防护领导小组	是否设立放射防护领导小组: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	专(兼)职负责人: _____				
管理制度	放射防护安全管理制度: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
	放射科放射诊断质量控制制度: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
	放射科医、技师岗位职责: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
	放射科操作规程: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>				
	是否按要求悬挂放射防护管理制度: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
防护档案	是否建立《放射卫生防护档案》: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	《放射卫生防护档案》是否完善: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
放射工作人员职业健康管理档案	是否建立《放射工作人员职业健康管理档案》: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	《放射工作人员职业健康管理档案》是否完善: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				

二、现场检查项目		
从业人员资格	是否持有助理级以上执业医师证	是□__人， 否□__人
	是否影像学专业学历或从事放射影像工作一年以上	是□__人， 否□__人
放射工作人员	是否组织两年一次的培训	应参加__人， 已参加__人。
	是否组织两年一次的职业健康检查	应参加__人， 已参加__人。
	是否开展个人剂量监测	应参加__人， 已参加__人。
	是否办理《放射工作人员证》	已办证__人， 应办证__人。
防护用品	是否配备工作人员防护用品：防护衣、铅眼镜、铅手套	是□ 否□ 防护用品：
	是否配备患者防护用品：性腺围裙、活动铅床单、甲状腺围脖	是□ 否□ 防护用品：
陪检者防护	是否禁止非受检者进行入操作现场	是□ 否□
	在患者确需陪护的情况下，是否对陪检者采取防护措施	是□ 否□
机房防护安全	机房通风是否符合要求	是□ 否□
	机房门、窗是否有足够的防护	是□ 否□
警示标志	是否设有电离辐射警告标志	是□ 否□
	机房门上方是否设工作状态指示灯	是□ 否□
	是否在醒目处告知孕妇、婴幼儿进行X线检查注意事项	是□ 否□
机房面积	单管头 200mA 以上 X 射线机房面积应不小于 24m <sup>2</sup> ， 单管头 200mA 以下 X 射线机房面积应不小于 16m <sup>2</sup> ， 双管头 X 射线机房面积应不小于 36m <sup>2</sup> 。 <a href="http://www.med126.com">www.med126.com</a>	合格□ 不合格□
放射诊疗工作场 放射防所检测情况	1、查近两年检测报告； 2、放射诊疗工作场所放射防护是否合格。	有□ 无□ 合格□ 不合格□ 检测单位： 检测时间：
建设项目	是否进行建设项目预评价报告审核	是□ 否□
	是否进行建设项目竣工验收	是□ 否□



